



Zertifikat

zum Ringversuch
**"Identifizierung von Schimmelpilzen
in Innenräumen und Lebensmitteln
- Mischprobe -"**

Frau Margareta Meyer
Competenza
Flößaustraße 24a
90763 Fürth

hat am 49. Ringversuch "Identifizierung von Schimmelpilzen in
Innenräumen und Lebensmitteln - Mischprobe -"

mit Erfolg teilgenommen.

Das Labor identifizierte und quantifizierte 3 von 4 Arten richtig.

Die Mischprobe enthielt *Aspergillus sydowii* ($\sim 8,7 \times 10^3$ KBE/ml), *Aspergillus versicolor* Section ($\sim 1,6 \times 10^4$ KBE/ml), *Penicillium griseofulvum* ($\sim 1,3 \times 10^3$ KBE/ml) und *Talaromyces rugulosus* ($\sim 9,0 \times 10^3$ KBE/ml) in den angegebenen Größenordnungen. Für jede korrekte Identifizierung auf Artebene wurde ein Punkt vergeben (4 maximal möglich). Für eine erfolgreiche Teilnahme mussten mindestens 3 von 4 Spezies korrekt bis zur Art bestimmt werden, zusätzlich musste eine korrekte Quantifizierung (nach VDI 4300 Blatt 10 bzw. ISO 16000-17) vorliegen.

Das Zertifikat ist gültig bis zum 25. Februar 2027.

Stuttgart, 26.02.2026

Dr. Christiane Baschien
Externe wiss. Beraterin

Dr. rer. nat. Guido Fischer
Ringversuchsleiter